

Modul Befundvergleich 3D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗			

✗

enthalten

nicht

enthalten

immer

enthalten

optional

Modul Befundvergleich 3D wird mit mehrfach ausgewählten Thumbnails der im Hinblick auf Mess- und Analyseergebnisse zu vergleichenden 3D-Datensätzen aufgerufen. Im Modul lassen sich Durchzeichnungstyp und Analyse zuweisen, die für den numerischen Ergebnisvergleich verwendet werden sollen. Befundvergleiche können als Projekte gespeichert und im Modul oder aus dem Dokumentenbaum auf Reiter |Patient| heraus wieder geöffnet werden.

Erste Schritte

1. Modul mit den zu vergleichenden Befunden öffnen
2. Durchzeichnungstyp wählen
3. Analyse wählen
4. Vergleichsprojekt konfigurieren | speichern

Moduloberfläche

OnyxCeph™ - Module Image Comparison

	19.10.2017	30.08.2018	19.10.2017	18.10.2017	30.08.2018 (Diff)	19.10.2017 (Diff)	30.08.2018 (Diff)	
A rMax	48,0mm	51,1mm	48,0mm	48,0mm	-3,1	0,0	-2,8	
R rMax	49,3mm	50,3mm	49,3mm	49,3mm	-1,0	0,0	-0,5	
D rMax	-1,2mm	+0,8mm	-1,2mm	-1,2mm	-2,0	0,0	-2,1	
A lMax	47,4mm	50,5mm	47,4mm	47,4mm	-3,1	0,0	-3,0	
R lMax	49,2mm	50,2mm	49,2mm	49,2mm	-1,0	0,0	-0,1	
D lMax	-1,8mm	+0,3mm	-1,8mm	-1,8mm	-2,1	0,0	-2,9	
A lMand	44,3mm	44,4mm	44,3mm	44,3mm	-0,1	0,0	-1,1	
R lMand	45,5mm	46,2mm	45,5mm	45,5mm	-0,7	0,0	-0,2	
D lMand	-1,3mm	-1,8mm	-1,3mm	-1,3mm	0,5	0,0	-1,0	
A rMand	45,1mm	45,4mm	45,1mm	45,1mm	-0,3	0,0	-0,8	
R rMand	46,1mm	45,9mm	46,1mm	46,1mm	0,2	0,0	0,6	
D rMand	-0,9mm	-0,9mm	-0,9mm	-0,9mm	-0,4	0,0	-1,3	
R antMax (3-3)	49,0mm	49,9mm	49,0mm	49,0mm	-0,9	0,0	-0,9	
R antMand (3-3)	39,6mm	39,3mm	39,6mm	39,6mm	0,3	0,0	-0,2	
Ant. Ratio (3-3)	82,6%	80,3%	82,6%	82,6%	2,3	0,0	1,1	
R antMax (5-6)	98,5mm	100,5mm	98,5mm	98,5mm	-2,0	0,0	-0,6	
R antMand (5-6)	91,9mm	92,1mm	91,9mm	91,9mm	-0,5	0,0	0,4	
Ov. Ratio (5-6)	93,0%	91,6%	93,0%	93,0%	1,4	0,0	1,0	
Ratio A rMand / rMax	94,0%	88,8%	94,0%	94,0%	5,2	0,0	3,6	
Ratio A lMand / lMax	93,4%	88,0%	93,4%	93,4%	5,4	0,0	3,4	
Ratio A Mand / Max	93,7%	88,4%	93,7%	93,7%	5,3	0,0	3,5	
3rd. Method					-	-	-	
Symmetry	None (Standard)	None (Standard)	None (Standard)	None (Standard)	-	-	-	
Center Dental Midpoint	Yes (Standard)	Yes (Standard)	Yes (Standard)	Yes (Standard)	-	-	-	
Modify Max. Ant. Teeth					-	-	-	
Modify Mand. Ant. Teeth					-	-	-	

Load

Save

Help

Close

Analysis

Tracing:
3D: Cast 3D Permanent

Analysis:
Onyx Cast 3D

Add Column

Finding

All Findings

All, With Clinical Norms

Bolton

Delete Column

Column Colors

Acc. to Sequence

Acc. to Finding State

Progress

Verweise



From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=image_comparison_3d&rev=1644235707

Last update: 2022/02/07 13:08

