#6325: VT.O.3D: Übernahme Behandlungsziel aus Zwischenposition

Eine Zielplanungsoption im Modul ist es, zunächst mal ohne Berücksichtigung von Grenzwerten das "geometrisch ideale" Ziel aufzustellen. Dass ließe sich mit einer vordefinierten Werkzeugleiste sehr schnell aufstellen.
Unter Verwendung der in der Grenzwerttabelle vordefinierten Zahnbewegungs-Grenzwerte kann durch Verschieben des Sliders in der Zeitleiste in Richtung Malokklusion ein akzeptabler Kompromiss gefunden werden, der dann natürlich noch nachbearbeitet werden muss.
Für diesen Zweck wird ab Versionen >3.2.157 ein neuer Kontextmenüeintrag am [Icon] der Hronenbezogenen Werkzeuge in beiden Kieferpanels bereitgestellt. Die Funktion wird dabei auf die in der Objektliste ausgewählten Kronen angewandt.



Der Slider in der Zeitleiste muss für die Anwendung der Funktion wieder nach rechts (V.T.O.) zurückgesetzt werden.

From:
https://www.onyxwiki.net/ - **[OnyxCeph³™ Wiki]**

Permanent link:
https://www.onyxwiki.net/doku.php?id=6325&rev=1628500741

Last update: **2021/08/09 11:19**